

Số: 537 /TM-BVCT  
v/v mời chào giá xây dựng giá gói  
thầu mua khí sử dụng cho máy phát  
tia Plasma lạnh sử dụng  
năm 2024-2025

*Cẩm Thủy, ngày 16 tháng 10 năm 2024*

## **YÊU CẦU BÁO GIÁ**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy đang có nhu cầu nhận giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu mua khí Plasma sử dụng tại Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy năm 2024-2025.

Thông báo này được đăng tải trên trang web chính thức của Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy tại địa chỉ website: [bvcamthuy.ytethanhhoagov.vn](http://bvcamthuy.ytethanhhoagov.vn).

Với các nội dung như sau

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy, địa chỉ: Tổ dân phố Đại Quang, TT Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phòng văn thư Bệnh viện - Điện thoại: 02373.525.059

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Phòng văn thư - Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy, Tổ dân phố Đại Quang, TT Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

- Đồng thời gửi bản mềm có đầy đủ chữ ký, đóng dấu đỏ của công ty và file excel qua địa chỉ e- mail: [bvdkcamthuy@gmail.com](mailto:bvdkcamthuy@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá từ 16h 30 ngày 16 tháng 10 năm 2024 đến 08h 30 ngày 24 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Thời gian có hiệu lực báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2024

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục:

ST T	Tên hàng hóa dự kiến	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng yêu cầu báo giá	Ghi chú
1	Khí sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương	Dùng cho máy phát tia Plasma lạnh PlasmaMED-GAP * Thành phần: - Bao gồm Argon độ tinh khiết 99,9995% - H <sub>2</sub> O < 3 ppm; N <sub>2</sub> < 5 ppm; Oxygen < 2ppm * Bình chứa: - Bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít - Kích thước: 159 x 8 x 615 (mm) - Kích thước bao gồm nắp: 159 x 8 x 730 (mm) - Áp suất an toàn của bình chứa: 250Bar - Áp suất khí nén khi đầy: 130bar - Thể tích khí trong bình (Khí giải nén): 1.040 lít * Chuẩn kết nối: - Nối nhanh cơ khí: NTP G 1/4 – 6 mm - Giao diện nối điện tử: HDMI * Sản phẩm là hỗn hợp khí trong bình, không bao gồm vỏ bình và các bộ phận đi kèm"	Bình	50	
<b>Tổng cộng 01 mặt hàng</b>					

2. Cung cấp: Khoa dược- Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy, địa chỉ: Tổ dân phố Đại Quang, TT Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 5 ngày kể từ khi nhận được thông báo dự trừ.

**Nơi nhận:**

- Các nhà thầu;
- Lưu: VT; KD.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đình Hải**

