

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**  
(V/v cung cấp thiết bị y tế)

**Kính gửi:** Các nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán và giá kế hoạch LCNT, làm cơ sở chỉ định nhà thầu cho gói: “Mua sắm máy tạo nước khử khuẩn”.

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy

Địa chỉ: TDP Đại Quang, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Hoàng Văn Long - Chức vụ: Cán bộ TBYT

Số điện thoại: 0945.226.588 ; Gmail: [hoanglong26588@gmail.com](mailto:hoanglong26588@gmail.com)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính - Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy ; Địa chỉ: TDP Đại Quang, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

- Nhận qua gmail: [hoanglong26588@gmail.com](mailto:hoanglong26588@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 04 tháng 12 năm 2024 đến trước 17h ngày 14 tháng 12 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá.**

1. Danh mục thiết bị y tế:

(Chi tiết như phụ lục đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy.

(Nhà cung cấp phải vận chuyển hàng tới tận kho của bệnh viện, hàng phải được đóng trong thùng nguyên đai kiện. Sau khi bàn giao, nghiệm thu, Nhà cung cấp phải lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng cho các cán bộ của đơn vị).

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo hợp đồng ký kết.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Đơn vị thanh toán cho Nhà cung cấp 100% sau khi Nhà cung cấp bàn giao, nghiệm thu và hoàn tất các chứng từ liên quan theo quy định của Pháp luật.

5. Các thông tin khác: Không

- Nhà cung cấp khi Báo giá phải cung cấp hình ảnh của hàng hoá kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;

- Lưu VT; TCHC.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đình Hải**

## PHỤ LỤC

### Danh mục thiết bị y tế

(Kèm theo yêu cầu báo giá số: 629/YCBG-BVCT ngày 03/12/2024

của Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Khối lượng/số lượng	Đơn vị tính
1	Máy tạo nước khử khuẩn	<p><b><u>Tính năng:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sử dụng công nghệ điện phân không màng ngăn dung dịch nước muối loãng tạo nước khử khuẩn NaOCl hoạt tính cao với nồng độ 650-680ppm.</li><li>- Thiết bị có khả năng khử khuẩn, khử mùi hiệu quả trong thời gian ngắn giúp loại bỏ 99,9% các loại vi khuẩn, vi rút, bào tử nấm,... chỉ trong 30 giây đầu tiên trên bề mặt dụng cụ y tế như ống nội soi, ống cao su, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ nha khoa, dao, kéo,... và một số dụng cụ y tế khác giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, lây nhiễm chéo mầm bệnh gây hại.</li><li>- Nước khử khuẩn NaOCl đảm bảo an toàn cho con người và thân thiện với môi trường; không gây kích ứng da, kích ứng đường hô hấp như các hóa chất khử khuẩn thông thường.</li><li>- Mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm hơn.</li></ul> <p><b><u>Thông số kỹ thuật:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kích thước ( W x D x H): 180 x 485 x 465 mm</li><li>- Trọng lượng: 17 kg</li><li>- Điện áp: 110/220 V</li><li>- Tần số: 50/60 Hz</li><li>- Công suất tiêu thụ: 1100 W (<math>\pm 10\%</math>)</li><li>- Lưu lượng nước đầu ra: 1,5~2 lít/phút</li><li>- pH: 7,0 ~ 7,05 Trung tính</li><li>- Hàm lượng chất hoạt tính: 650 ~ 680ppm (NaOCl)</li><li>- Thể tích bình muối: 4 lít</li></ul>	1	Cái